全身カウンタ用信号処理装置の購入
仕様書

平成２７年１０月

国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所　放射線管理部　線量管理課

１．目的

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所（以下、原科研）が保有する全身カウンタに使用する信号処理装置を購入する。

２．購入物品

(1) 装置本体

型式：M7-000　セイコーＥＧ＆Ｇ社製（相当品）

数量：1 台

(2) デジタル PHA モジュール

型式：M7-200　セイコーＥＧ＆Ｇ社製（相当品）

数量：2 台

(3) 高圧電源モジュール

型式：M7-300　セイコーＥＧ＆Ｇ社製（相当品）

数量：2 台

(4)ラックマウントキット

型式：M7-920　セイコーＥＧ＆Ｇ社製（相当品）

数量：1 台

３．仕様

(1) JAEA 保有の既存機器（MCA7700 セイコーＥＧ＆Ｇ社製）と組み合わせ、制御できること。

(2) 本体にタッチパネル式ディスプレイ機能（10.4 インチ　カラーTFT 液晶、SVGA（800×600））を有した一体型であること。

(3) 以下のソフトウェアがインストールされた PC で制御可能であること。

・OS Windows XP Professional 32 bit

・OS Windows 7 Professional 32 bit 及び 64 bit

・ガンマスタジオ（DS-P600）セイコー・イージーアンドジー（株）製

・マルチビューワ（DS-P311）セイコー・イージーアンドジー（株）製

４．納期

平成２８年３月１８日

５．納入場所及び納入条件

(1) 納入場所

茨城県那珂郡東海村大字白方2-4

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 第3研究棟016号室

(2) 納入条件

据付調整後渡し

６．提出書類

下記書類を提出するものとする。

(1) 工場検査成績書　　2部

(2) 取扱説明書　　1部

７．検収条件

指定場所に設置後、既存のデータ処理装置と接続し正常に機能することの確認及び、提出書類の合格をもって検収とする。

８．かし担保責任

検収後１年以内にかしが発見された場合，無償にて速やかに交換もしくは補修を行うものとすること。また，上記不具合が他に累を及ぼし損害を与えた場合，機構担当者と協議の上適切な対策を行うこと。

９．グリーン購入法の推進

(1) 本契約において，グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品，OA機器等）の採用が可能な場合は，これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については，グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

１０．特記事項

(1)受注者は、本契約の実施上知りえた情報を無断で第三者に漏洩してはならない。

(2)本仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。

１１．協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は，原科研と協議のうえ，その決定に従うものとする。

以 上